

Hinweis zur Verwendung dieses Formulars:**Gefährdungsbeurteilung****Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz:**

Raum 04 204 Labor Entwicklung
 Raum 04 205 Labor Entwicklung
 Raum 04 102 Labor Analytik
 Raum 04 103 Labor Analytik
 Raum 04 104 Labor Analytik

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe		X	
Brand- oder Ex-Gefährdung		X	
Thermische Gefährdung		X	
Belastung durch Arbeitsumgebung			X
Arbeitsschwere			X
Restrisiko		X	
Gefährdung durch Biostoffe			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen		X	
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Haugefährdungen durch:

- Lösungsmittel / Tenside
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen
- H&P Sätze beachten! SIDAT und Betriebsanweisungen beachten
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen (siehe Hautschutzplan)

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Giftschränk belüftet
- Giftschränk, Säuren- und Laugenschränk auf das Notwendige beschränkt
- Laugen- und Säureschränk, Chemikalienschränk belüftet
- Lösemittel in ex-geschützten Schränken
- Chemikalien für Analytik im Schränk mit Absaugung
- Laborschulung
- wenn möglich Plastikflaschen statt Glasflaschen für Rohstoffe
- beschriftete Chemikalien, nur in kleinen Mengen, mit Kennzeichnung
- Abzüge
- Tragehilfen (Eimer, Boxen)
- Umwälzung der Laborluft durch Zwangsbelüftung

- PSA (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Labormäntel, Atemschutzmaske), gemäss TC PSA Liste und Normen
- Sicherheitsgefässe (Blechkannen) für brennbare Lösungsmittel
- Augendusche am Waschbecken

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Zutrittsbeschränkung von Raum 04 205 durch Kette
- Giftschränk abgeschlossen
-

Erstellt (Datum/Visum: 25.02.2021/Dorsch